



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია  
w Mysłowicach**

**41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41**

Tel. centrala: 72 318 33 48 Sekretariat tel: 72 318 34 01 fax: 32 318 33 62 e-mail:  
sekretariat@szpital2myslowice.pl

Mysłowice, 05.07.2021r.

Szp.2/NZ-242-2-251/21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonია w Mysłowicach udziela odpowiedzi na zapytania do zadania pod nazwą **dostawa wyrobów medycznych stosowanych w endoskopii dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach** - Szp.2/NZ-242-2-251/21.

**Pytanie nr 16**

Pakiet nr 1 - Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii z funkcją rotacji, owalną, z drutu plecionego, śr. 10, 15, 25 mm, (Zamawiający określi średnicę dokonując zamówienia) śr. Tuby 2,3-2,5mm, dł 230cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy nie wymagamy. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 17**

Pakiet nr 1 - Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii z funkcją rotacji, owalna, monofilamentna, śr. 10, 15 mm. (Zamawiający określi średnicę dokonując zamówienia), śr. Tuby 2,3-2,5mm, dł. 230cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy nie wymagamy. Pozostałe parametry bez zmian

**Pytanie nr 18**

Pakiet nr 1 - Poz. 3

Czy Zamawiający jednorazową pętlę do polipektomii z funkcją rotacji, owalna, z drutu plecionego, śr. 10,15,25 mm. (Zamawiający określi średnicę dokonując zamówienia), dł. 230cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy nie wymagamy. Pozostałe parametry bez zmian

**Pytanie nr 19**

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę rozpostartą na pętli do usuwania ciał obcych i polipów, śr. otwartej pętli 25 mm, dł robocza 230 cm, średnica 2,3 mm, jednorazowa ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy nie wymagamy. Pozostałe parametry bez zmian

**Z-ca DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa

*lek. med. Paweł Lorek*