



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია  
w Mysłowicach**

**41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41**

Tel. centrala: 72 318 33 48 Sekretariat tel: 72 318 34 01 fax: 32 318 33 62 e-mail:  
sekretariat@szpital2myslowice.pl

Mysłowice, dnia 20 kwietnia 2022r.

Szp.2/NZ-242-2-110/22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonია w Mysłowicach udziela odpowiedzi na zapytania do zadania pod nazwą **dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 1 dopuści równoważny preparat o przedłużonym działaniu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skład: etanol 63,7g, propan-2-ol 6,3g, łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę, higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s), chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s), spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 13 dopuści równoważny krem ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała, odżywiający, regenerujący skórę, wykazujący działanie stymulujące procesy odnowy naskórka, posiadający właściwości nawilżające, łagodzący podrażnienia, niwelujący uczucie szorstkości, uelastyczniający, zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk, polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych, wykazujący działanie osłaniające, szybko się wchłaniający, produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiadający badania dermatologiczne, zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek?

**Odpowiedź:** Tak, zmianę należy zaznaczyć na formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 1 dopuści równoważny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych, do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych, aktywność roztworu roboczego 14 dni, skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji, spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min?

**Odpowiedź:** Tak, zmianę należy zaznaczyć na formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 2 dopuści równoważny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych, do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych, aktywność roztworu roboczego 14 dni, skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji, spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min?

**Odpowiedź:** Tak, zmianę należy zaznaczyć na formularzu asortymentowo-cenowym.



#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 5 dopuści równoważny preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji, posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach, zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji, spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min., konfekcjonowany w op. 11 z końcówką spieniającą, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Tak, zmianę należy zaznaczyć na formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w poz. nr 1 dopuści równoważny koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego, może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamonu, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA)(EN 13727), F (C. albicans)(EN 13624), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, konfekcjonowany w opakowanie 5L z pompką z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 5 dopuści równoważne suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą, do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, porowata struktura o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>, niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty, wymiary: 16 x 30 cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu), perforacja ułatwiająca odrywanie, chusteczki - wyrób medyczny klasy 1, skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%), każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór, rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem, wiaderko wielokrotnego użytku?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 6 dopuści wiaderko wielokrotnego użytku kompatybilne z pozycją nr 5?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 9 dopuści równoważne gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-



etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615?  
Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 1 dopuści równoważny żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skład: etanol, propan-2-ol, łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni, higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s), spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym, produkt biobójczy, konfekcjonowany w opakowania wkład 11 do dozownika w systemie zamkniętym w hermetycznych opakowaniach jednorazowych, zabezpieczonych przed możliwością dostania się mikroorganizmów do wnętrza opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  
Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 2 dopuści równoważny preparat myjący w postaci pianki do higienicznego mycia rąk, nie zawierającej mydła, zalecanej do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła, tworzącą białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie, zawierającą w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, konfekcjonowaną w opakowania wkład 11 do dozownika w systemie zamkniętym w hermetycznych opakowaniach jednorazowych, zabezpieczonych przed możliwością dostania się mikroorganizmów do wnętrza opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  
Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 12**

W przypadku dopuszczenia preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym w poz. nr 1 i 2 prosimy o określenie ilości dozowników w jakie należy wyposażać Zamawiającego na czas trwania umowy?  
Odpowiedź: Nie dotyczy.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 3 dopuści dozownik kompatybilny z zaoferowanymi preparatami w poz. nr 1 i 2 w systemie zamkniętym, hermetyczny - bez dostępu powietrza, wykonany z tworzywa ABS i PP o dużej odporności na alkohol, worki wyposażone w jednorazowe pompki zapobiegające zakażeniom krzyżowym, dozownik o wymiarach: szerokość 130 mm, wysokość 275 mm, długość ramienia ok. 130 mm  
Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści preparat typu Enzymex L9 na bazie kompleksu enzymatycznego, chlorku didecylodimetyloamonowego, propionianu i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, skuteczny wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona (Vaccinia)) przy stężeniu 0,5% w 10 min, z możliwością rozszerzenia o prątki gruźlicy (5%-10min), posiadający analiza elektrochemicznej korozji wizerowej zgodnie z normą NF S94-402-1?  
Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza) gotowy do użycia preparat w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych, zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach (zaschnięciu, koagulacji), rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne i ułatwiający ich usuwanie, wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakteriostatyczne?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 16**

Dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści do oceny preparat równoważny Taski Sprint Degerm, na bazie QAC, wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i pratkobójcze – 15 min.; grzybobójcze – 5 min. wirusobójcze- Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min. w stężeniu od 0,5%, w opakowaniu 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe wymagania zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 17**

Dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat równoważny Mediquick, zawierający w składzie etanol, propan-2-ol, alkylobiguanidyny, wykazujący działanie bakteriobójcze - 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae - w 5 min. drożdżakobójcze - w 1 min., wirusobójcze: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 18**

Dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści suche chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, w rozmiarze 18x39cm lub 16x39cm, w rolkach odpowiednio po 256 i 150 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 19**

Dotyczy Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 20x30cm, w opakowaniach po 80 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 5 i 6 i czy dopuści:

Suche chusteczki do nasączenia dowolnymi dezynfekcyjnymi preparatami o wysokiej jakości, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok 2 m<sup>2</sup>. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 100 chusteczek o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki dostarczona naklejka informacyjna (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Oraz Kompatybilny z nimi Dozownik do suchych chusteczek, wielokrotnego użytku. Na opakowaniu miejsce do wklejenia etykiet informacyjnych o sporządzonym roztworze roboczym.

lub

Suche chusteczki do nasączenia dowolnymi dezynfekcyjnymi preparatami o wysokiej jakości, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka



nawilża powierzchnię ok 2 m<sup>2</sup>. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 300 chusteczek o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki dostarczona naklejka informacyjna (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Oraz Kompatybilny z nimi Dozownik do suchych chusteczek, wielokrotnego użytku. Na opakowaniu miejsce do wklejenia etykiet informacyjnych o sporządzonym roztworze roboczym.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 21**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 11 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetyczną sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustęp 5 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustęp 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty netto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 22**

do pakietu nr 2 poz. 1:

1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (*Candidia albicans*, *Aspergillus Niger*) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 *M.terrae*, *M.avium* do 15 minut w stężeniu 0,5%, oraz S (*B. subtilis*) do 15 minut w stężeniu 1% – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, o potwierdzonych przez producenta zdolności usuwania biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie nr 23**

do pakietu nr 2 poz. 2:

1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (*Candidia albicans*, *Aspergillus Niger*) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 *M.terrae*, *M.avium* do 15 minut w stężeniu 0,5%, oraz S (*B. subtilis*) do 15 minut w stężeniu 1% – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie



do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, o potwierdzonych przez producenta zdolności usuwania biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 1L?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 24**

Pakiet nr 1, poz. 4,5

W związku z aktualizacją dokumentów prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu typu *Skinseptcolor* spełniającego wymogi SWZ za wyjątkiem działania na wirusa papowa.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

**Pytanie nr 25**

Pakiet nr 1, poz. 6

W związku z wycofaniem oczekiwanego w/w pozycji preparatu o pojemności 100 ml prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu o pojemności 250 ml oraz prosimy o podanie jaką ilość opakowań należy wycenić.

Odpowiedź: Dopuszczamy, należy wycenić 2 opakowania. Zmianę należy zaznaczyć na formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 26**

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat (*Skinseptmucosa*) posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie nr 27**

Pakiet nr 2, poz. 1,2

W związku z wycofaniem oczekiwanego w/w pozycjach preparatu *Aniosyme DDI* prosimy Zamawiającego o dopuszczenie neutralnego enzymatycznego (proteaza, amylaza i mannanaza) preparatu do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Mycie w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania : B, F( *Candida* al.), V( HIV, HBV, HCV) w stężeniu 0,5 % do 5 min., Tbc – 2% - 15 min. Na bazie czwartorzędowego węglanu amonu, niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz kompleksu enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza). Wyrób medyczny. Opakowanie 5l oraz 1 l.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

**Pytanie nr 28**

Pakiet nr 2, poz. 5

Ze względu na wycofanie opisanego w w/w pozycji preparatu *Aniosyme First* 750 ml prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu równoważnego typu *Aniosyme Prime* 750 ml – trójenzymatycznego preparatu w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Skład : IV-rzędowe związki amonowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związki pomocnicze. Spektrum działania : B, F ( *Candida albicans*) – 15 min, Tbc – 30 min, V ( HBV HCV, Herpeswirus, HIV, wirus Vaccinia ) – 5 min

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

**Pytanie nr 29**

Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat działający na wirusa „Noro”.

Odpowiedź: Tak, omyłka.

**Pytanie nr 30**

Pakiet nr 5, poz. 1

W związku z tym, iż producent zaoferowanego preparatu nie uwzględnił w cenie preparatu pasków testowych i są one sprzedawane osobno oraz podlegają innej niż preparat stawce podatku VAT prosimy o wyrażenie zgody na wycenę preparatu i pasków w celu spełnienia wymagań SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

#### **Pytanie nr 31**

Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o informację jakiej ilości opakowań pasków testowych oczekuje do wyceny w/w pozycji. Informujemy, że w jednym opakowaniu jest 50 szt. pasków.

Odpowiedź: 3 opakowania.

#### **Pytanie nr 32**

Dot. wzoru umowy §3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 w sposób następujący:

10. ZAMAWIAJĄCY może wystąpić do WYKONAWCY o wymianę towaru na równorzędny o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności towaru wytypowanego do wymiany, nie dotyczy asortymentu posiadającego 12 miesięczny termin ważności od daty produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

#### **Pytanie nr 33**

Dot. SWZ

W związku z krótkim czasem na złożenie oferty prosimy o przesunięcie terminu składania. W obecnej sytuacji czas na ściągnięcie ofert od Producentów oraz przygotowanie wyceny jest za krótki.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

#### **Pytanie nr 34**

Dot. formularza asortymentowo-cenowego:

Prosimy Zamawiającego o możliwość dodania pozycji do formularza asortymentowo-cenowego przez Wykonawcę w momencie kiedy wyceniany preparat posiada osobno spryskiwacz bądź pompkę które są na innej stawce VAT.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dodania pozycji do formularza asortymentowo-cenowego

#### **Pytanie nr 35**

Dot. wzoru umowy §3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 w sposób następujący :

9. W razie niedostarczenia partii towaru przez WYKONAWCĘ w umówionym terminie lub dostarczenia w ilości mniejszej niż zamówiona, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego podmiotu. WYKONAWCA pokrywa różnicę, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% pomiędzy ceną jednostkową towaru zakupionego u innego podmiotu, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 1 do umowy. Powyższe sankcje nie wykluczają postanowień § 10 i § 11 Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

#### **Pytanie nr 36**

Pakiet nr 4 poz. 5

Czy zamawiający dopuści suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi wykonane z poliestru o wymiarach min. 32 cm x 30 cm i gramaturze min. 48g/m<sup>2</sup>. Do każdego wkładu chust dołączony zestaw dwóch chusteczek do nr. 1 do mycia i nr 2 do dezynfekcji wiaderka. Do każdego wkładu chust dołączone etykiety w postaci naklejek do zapisania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekcyjnego, którym zostanie napełniony dozownik ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.



**Pytanie nr 37**

Pakiet nr 4 poz. 9

Czy zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG/w tym firmy Simens i Philips-wymagana opinia producenta aparatury dodatkowo Hitachi, Toshiba, GE, Aloka, Samsung Sonoit, Esaote, Shimadsu, Mindray, Alpinion/, sond ultradźwiękowych oraz sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych -potwierdzone badaniami. Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

**Pytanie nr 38**

Pakiet nr 4 poz. 9

Czy zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG/w tym firmy Simens i Philips-wymagana opinia producenta aparatury dodatkowo Hitachi, Toshiba, GE, Aloka, Samsung Sonoit, Esaote, Shimadsu, Mindray, Alpinion /, sond ultradźwiękowych oraz sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych -potwierdzone badaniami. Opakowanie typu tuba 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 x 20 cm o gramaturze 18g/m2 wykonane z polipropylenu.

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 39**

Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny równoważnego preparatu alkoholowego zawierający etanol oraz propan 2-olu, przeznaczonego do dezynfekcji małych powierzchni. Zakres działania: bakterie, grzyby, prątki wirusy (HIV, HCV, HBV, Noro, Adeno i Polio) w czasie do 2 minut. Skuteczność mikrobiologiczna zgodna z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Opakowanie ze spryskiwaczem o pojemności 1l.

Odpowiedź: Nie.

DYREKTOR  
SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. P. Boczonia  
w Mysławicach  
Grzegorz Nowak