

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonias

w Mysłowicach

41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41

Tel. centrala: 72 318 33 48 Sekretariat tel: 72 318 34 01 fax: 72 318 33 62 e-mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl

Mysłowice, dnia 14.01.2020r.

Szp.2/NZ-271-02/20

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak sprawy Szp.2/NZ-271-02/20) na zadanie pod nazwą *Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonias w Mysłowicach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytania następującej treści, na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1. dotyczy Pakietu nr 5

„Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuści rozwiązanie równoważne składające się z:

- Endoproteza cementowana kolana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach lewych i prawych. Dająca możliwość regulacji rotacji zewnętrznej uda w zakresie 0-7 stopni. W wersji CR i LPS Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st.
- Endoproteza bezcementowa kolana, kłykciowa, anatomiczna lewa i prawa w 5 rozmiarach dająca możliwość regulacji rotacji zewnętrznej uda w zakresie 0-7 st. w wersji CR i LPS
- Endoproteza cementowana anatomiczna lewa i prawa wykonana ze stopu tytanu dająca możliwość rotacji zewnętrznej uda w zakresie 0-7 st. dla pacjentów uczulonych na jony metali. W wersji LPS
- część piszczelowa tytanowa w 6 rozmiarach. Proteza z możliwością zastosowania przedłużeń standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego
- wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. CR, LP
- cement kostny z gentamycyną 1x40 g
- ostrza do napędu
- podkładki piszczelowe
- trzpienie przedłużające”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2. dotyczy pakietu nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra o następujących parametrach:

NIP: 222-06-85-722, REGON: 000308258

KRS 000040785 VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach

Trzpień tytanowy oferowany w 13 rozmiarach w wersji standard i high offset, stożek 12/14, spłaszczony w płaszczyźnie AP, pokryty w części proksymalnej porowatym tytanem i hydroksyapatytem , w części dystalnej polerowany.

Głowa metalowa 28mm, 32mm, 36mm oferowana w pięciu długościach szyjki. Głowa antyalergiczna wykonana z ceramiki biolox delta w rozmiarze 28mm, 32mm i 36mm w 3 długościach szyjki.

Panewka typu press-fit oferowana w rozmiarze od 42mm do 66 mm pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, posiadająca 3 fabrycznie zaślepiione otwory pod śruby korowe 6,5mm. Panewka wewnętrznie gładko polerowana – system oferuje wkładki pod głowy 36mm od rozmiaru 54mm do 66mm, wkładki pod głowy 32 mm od rozmiaru 50mm do 66mm oraz wkładki pod głowy 28mm w pełnym zakresie to znaczy od rozmiaru 42mm do 66mm. Wkładka polietylenowa cross-linkowana neutralna i z okapem 20 stopni, oraz wkładka z witaminą E.

Śruby korowe 6,5mm oferowane w rozmiarze 15mm do 60mm skok co 5mm”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3. dotyczy pakietu nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra o następujących parametrach:

Trzpień tytanowy oferowany w 13 rozmiarach w wersji standard i high offset, stożek 12/14, spłaszczony w płaszczyźnie AP, pokryty w części proksymalnej porowatym tytanem i hydroksyapatytem , w części dystalnej polerowany.

Głowa metalowa 28mm, 32mm, 36mm oferowana w pięciu długościach szyjki. Głowa ceramiczna Biolox Delta 28mm i 32mm w trzech długościach szyjki oraz głowa 36 w oferowana w 4 długościach.

Panewka typu press-fit oferowana w rozmiarze od 42mm do 66 mm pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, posiadająca 3 fabrycznie zaślepiione otwory pod śruby korowe 6,5mm dostępne panewki typu trójpierścieniowego w rozmiarze 44mm do 76mm.

Wkładka polietylenowa cross-linkowana neutralna i z okapem 20 stopni.

Śruby korowe 6,5mm oferowane w rozmiarze 15mm do 60mm skok co 5mm”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia **stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert**. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty, jeżeli Zamawiający nie zamieścił zmodyfikowanych dokumentów.

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania Szp.2/NZ-271-02/20

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

Dok. Oprac. – A. Przywarka na podstawie otrzymanych odpowiedzi


 D Y R E K T O R
 Szpital N. Ziemi, ul. T. Kościuszki
 w Myśliborzu
 Grzegorz Nowak